

Phạm vi cung cấp hàng hóa

(Gói thầu mua “Vật tư tiêu hao cho các chương trình kiểm soát nồng độ H₂S và vi sinh vật trong hệ thống vận chuyển dầu và khí”, số hiệu gói thầu: VT-1013/25-KT-TTH)

Số TT	Danh mục hàng hóa, đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	SL mua
1	Ống đo hàm lượng H ₂ S (hàm lượng thấp)/ H ₂ S Measuring Kit test (Low Concentration): + Khoảng đo: từ 0 ppm đến 300 ppm. + Chuyển đổi màu: trắng sang nâu/ đen. + Ống đo phải tương thích với bơm lấy mẫu khí AP-20 Kitagawa/Japan (đang được sử dụng tại Vietsovpetro, thông tin về bơm AP-20 Kitagawa xem trong phụ lục Bơm AP-20 Kitagawa - đính kèm).	Hộp	355
2	Ống đo hàm lượng H ₂ S (hàm lượng cao)/ H ₂ S Measuring Kit test (High Concentration): + Khoảng đo: từ 0 ppm đến 2000 ppm. + Chuyển đổi màu: trắng sang nâu/ đen. + Ống đo phải tương thích với bơm lấy mẫu khí AP-20 Kitagawa/Japan (đang được sử dụng tại Vietsovpetro, thông tin về bơm AP-20 Kitagawa xem trong phụ lục Bơm AP-20 Kitagawa - đính kèm).	Hộp	45

